



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



Dyrektor tel./ fax. (56) 611-99-88
Dział Adm. i Nadzoru (56) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (56) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

Toruń, dnia 17.09.2013

MPS:ZP-3/2013

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: *przetargu nieograniczonego MPS-ZP-3/2013 (BZP 371432-2013) na dostawę zestawu do badań endoskopowych z torem wizyjnym, gastroskopem, kolonoskopem i cyfrową rejestracją obrazu.*

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców, wyjaśniam :

Pytania dotyczące Gastroskopu

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wychylenie końcówki sondy góra/ dół: 210°/90°, prawo/ lewo: 100°/100°?

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści głębie ostrości w zakresie 3-100 mm?

TAK. SIWZ dopuszcza gastroskop z głębią ostrości w zakresie 4-100mm. Lepszy parametr będzie podlegał ocenie.

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści 3 programowalne przyciski endoskopowe?

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści spłukiwanie pola roboczego poprzez kanał roboczy?

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zabezpieczenia przed skręcaniem się endoskopu?

TAK. Parametr ten nie jest bezwzględnie wymagany, podlega on ocenie.

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapis w pkt. 14 ze względu na zapis pkt. 13: „Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym”? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego, kompletnego toru wizyjnego, w tym procesora.

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Parametr ten nie jest bezwzględnie wymagany, podlega on ocenie.

Pytania dotyczące Kolonoskopu

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy min. 3,8 mm?

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Wielkość kanału roboczego jest bardzo istotnym parametrem.

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści 3 programowalne przyciski endoskopowe?

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne w postaci zabezpieczenia przed skręcaniem się endoskopu?

TAK. Parametr ten nie jest bezwzględnie wymagany, podlega on ocenie.

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapis w pkt. 15 ze względu na zapis pkt. 14: „Kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym”? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego, kompletnego toru wizyjnego, w tym procesora.

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Parametr ten nie jest bezwzględnie wymagany, podlega on ocenie.

Pytania dotyczące Toru Wizyjnego

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapis w pkt. 12? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego, kompletnego toru wizyjnego, w tym endoskopów.

NIE. Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. Kompatybilność oferowanego sprzętu z endoskopami użytkowymi przez Zamawiającego zwiększa funkcjonalność całego zestawu. Parametr ten nie jest bezwzględnie wymagany, podlega on jedynie ocenie.

Pytania dotyczące Umowy

Pytanie 1

Dotyczy zapisów załącznika nr 2 do SIWZ, Szczegółowa specyfikacja techniczna, punkt VI tabeli, wiersz 7 w powiązaniu z zapisami umowy § 4 ust. 3c

Prosimy o ujednoczenie zapisów w załączniku nr 2 zgodnie z zapisami umowy § 4 ust. 3c.

Zamawiający zmienia zapis punktu VI.7 zał. Nr 2 do SIWZ na następujący: „W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa sprzętu zastępczego nastąpi do 72 godzin od zgłoszenia.”

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonywania napraw gwarancyjnych z 48 na 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie bądź faxem?

TAK.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia nie można usunąć w miejscu użytkownika, Sprzedawca dokona naprawy w Punkcie Serwisowym w terminie do 3 dni roboczych od dnia

otrzymania urządzania. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą użytkownika odebranie i dostarczenie sprzętu realizowane będzie na koszt Sprzedawcy”.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kupujący nie mógł korzystać ze sprzętu, liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia przekazania Kupującemu sprzętu wolnego od wad o ile przestój ten trwał powyżej 3 dni roboczych. Gwarancja na nowe części zainstalowane w ramach naprawy aparatu będzie wynosić 6 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przekazania sprzętu po naprawie.”

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy § 4 ust. 5

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonego elementu zestawu za każdy dzień opóźnienia, płatną przez Sprzedawcę”.

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 1 na następujący: „*W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy strony ustalają karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonego elementu zestawu za każdy dzień opóźnienia, płatną przez Sprzedawcę. Jeżeli z powodu niedostarczenia elementu zestawu pozostała część zestawu nie może być używana, wysokość kary nalicza się od wartości brutto sprzętu, który nie może być użytkowany.*”

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,1% na 0,05%?

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień gwarancyjnych jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, co zapewni ciągłość pracy w pracowni.

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w § 7 umowy punkt 3 o treści: „*Kupujący może odstąpić od naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień gwarancyjnych jeśli Sprzedawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy.*”

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu


Bożena Mleczek-Dąbrowska