



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Adm. i Nadzoru (056) 611-99-90  
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895

ZP.1.2019

Toruń, dnia 21.02.2019r

**Do wszystkich wykonawców**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP.1.2019 (BZP 514063-N-2019) na dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego.*

**W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:**

**1. Dotyczy Załącznika 3.4 do siwz, Parametry techniczne analizatora immunochemicznego C pkt.8.**

Czy Zamawiający przyzna punkty w ocenie, jeżeli jedynie jedna ze składowych odczynników (anty-TSHR), (jednego z wielu oferowanych odczynników), przed użyciem musi zostać rozpuszczona?

**NIE. Zamawiający oceni ofertę zgodnie z zapisem w punkcie 8 i przyzna 2 pkt tylko w przypadku gdy wszystkie oferowane odczynniki nie wymagają rozpuszczenia.**

**2. Dotyczy Załącznika 3.2 do siwz. Parametry graniczne analizatora immunochemicznego pkt.5.**

Czy za spełnienie warunku Zamawiający uzna chłodzenie odczynników w stałej temperaturze rekomendowanej przez producenta?

**TAK. Zamawiający doprecyzowuje zapis punktu 5 zał. 3.2, który przyjmuje treść identyczną z punktem 5 zał. 3.1 to jest: „Stala temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora gwarantująca stabilność i trwałość odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta”.**

**3. Dotyczy Załącznika 3.2 do siwz. Parametry graniczne analizatora immunochemicznego pkt. 10.**

Czy zarówno w jednym jak i drugim rozwiązaniu Zamawiający wymaga 100% eliminacji kontaminacji?

**TAK.**

**4. Dotyczy Załącznika 3.2 do siwz. Parametry graniczne analizatora immunochemicznego pkt.24.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w grudniu 2015 roku? Analizator po pełnym przeglądzie serwisowym i z gwarancją na czas trwania umowy?

**TAK. Zamawiający modyfikuje punkt 24 zał. 3.2 na następujący: „Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w grudniu 2015 roku”.**



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17

**5. Dotyczy Załącznika 3.3 do siwz. Wymagania dotyczące LSI pkt.33:**

Czy Zamawiający wymaga integracji z systemem AMMS firmy Asseco?

**NIE. Zamawiający nie wymaga integracji z systemem AMMS firmy Asseco, a jedynie posiadanie opcji (możliwości) integracji w oparciu o protokół HL7.**

**6. Dotyczy wzorów umów**

**Dot. Załącznik nr 4.1 do SIWZ - umowa sprzedaży**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Dot. Załącznik nr 4.2 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Dot. Załącznik nr 4.3 do SIWZ - umowa dzierżawy**

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umów.**

DYREKTOR

*mgr Bożena Mleczek-Dąbrowska*