



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Adm. i Nadzoru (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



Toruń, dnia 10.03.2021 r.

DAN.231.1.15.2021

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi dla Laboratorium Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na dostawy środków dezynfekcyjnych – DAN.231.1.15.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 3_ FORMULARZ OFERTY, pkt. IV.3 i § 6.1 wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu odnoszącego się do krwi kontrolne o poniższą treść: „termin ważności nie może być krótszy niż 2 miesiące (krew kontrolna, dostarczana zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy) i 5 miesięcy (odczynniki) od daty dostawy”?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza taki zapis w umowie.

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej, poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny przez uprawnioną do tego osobę ze strony Wykonawcy.

Dotyczy sposobu składania ofert:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego i Wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę formy składania ofert na elektroniczną, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na możliwość składania ofert w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 2 i pkt 3:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż tylko analizator uzupełniający ma posiadać zintegrowany układ pneumatyczny, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2, podpunkt c).

Odp. TAK. Analizator uzupełniający musi posiadać zintegrowany układ pneumatyczny, zgodny z wymaganiami w specyfikacji technicznej analizatorów.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator podstawowy lub uzupełniający charakteryzował się możliwością wgrania dodatkowych licencji (opcjonalnego oprogramowania) umożliwiających raportowanie dodatkowych, specjalistycznych parametrów diagnostycznych, bez konieczności wymiany analizatora?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Adm. i Nadzoru (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 3:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba analizatory mają charakterystykę pomiaru metodami pomiarowymi oraz posiadają te same limiowości pomiaru parametrów.
Odp. TAK. Analizatory mają się charakteryzować się takimi samymi metodami pomiarowymi oraz posiadają te same limiowości pomiaru parametrów.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 5:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba oferowane analizatory muszą pracować na tych samych odczytnikach, materiałach kontrolnych i zużywalnych oraz pochodzić od jednego producenta?

Odp. TAK. Zamawiający wymaga aby oba oferowane analizatory pracowały na tych samych odczytnikach, materiałach kontrolnych i zużywalnych oraz pochodziły od jednego producenta.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, że oba oferowane analizatory powinny posiadać wewnętrzną pamięć wyników pacjentów (z graficzną prezentacją) min. 50 tys.
Odp. Zamawiający wymaga aby oba oferowane analizatory posiadały wewnętrzną pamięć wyników

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 12:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba analizatory winny być wyposażone także we wbudowaną instrukcję obsługi wraz ze szczegółowym opisem błędów pojawiających się bezpośrednio na analizatorze w przypadku jego wystąpienia.
Odp. TAK. Takie rozwiązanie jest standardem w nowoczesnych analizatorach.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 12:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania zapewnienia modułu serwisowego dla obu analizatorów do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania (kontrola zewnątrz laboratoryjna on-line), serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.
Odp. TAK. Zamawiający wymaga zapewnienie modułu serwisowego dla obu analizatorów.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia, pkt 2 i 16:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennych, wysyłany automatycznie bezpośrednio z analizatora, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.
Odp. TAK. Zamawiający wymaga zapewnienia kontroli jakości on-line.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że oba oferowane analizatory winny posiadać dedykowany tryb oznaczania próbek z niskimi wartościami leukocytów?
Odp. TAK. Tryb oznaczania próbek z niskimi wartościami leukocytów jest bardzo istotny i pożądanym przez Zamawiającego.

Dotyczy: Załącznik nr 2 do zaproszenia:

Czy Zamawiający wymaga, aby poziom zużycia odczynników w obu analizatorach był prezentowany w formie graficznej i ilościowej?
Odp. TAK. Zamawiający wymaga takiego sposobu kontroli zużycia odczynników w obu oferowanych analizatorach.