



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Adm. i Nadzoru (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



DAN.231.1.20.2021

Toruń, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy kart badań laboratoryjnych i kodów kreskowych do Laboratorium Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. – DAN.231.1.20.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Podane zapotrzebowanie to zapotrzebowanie jednorazowe, sukcesywne np. kwartalne, roczne?

Odp. Zamawiający określił sposób realizacji zamówienia w § 4 pkt 1 w Załączniku nr 4 (Wzór Umowy), o treści: „Dostawy towaru odbywać będą się sukcesywnie, w zależności od potrzeb Kupującego, na podstawie zamówienia w formie pisemnej, e-mailem lub faxem, złożonego przez osoby upoważnione przez Kupującego.” Zamawiający informuje, że minimalne jednorazowe zamówienia, wynikające z praktyki to nie mniej niż 25 000 szt. kart badań oraz 20 000 szt. kodów kreskowych.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Sposób dostawy bloczków w rolkach z perforacją między bloczkami czy może gotowe pocięte bloczki spięte gumką po 500 szt.?

Odp. Zamawiający nie określa sposobu pakowania kodów kreskowych ani kart.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy zadruk kodów z bazy danych czy może każdy kolejny bloczek z krokiem 1?

Odp. Zamawiający nie opiera numeracji na bazie danych, kolejność zestawu sześciu kodów (ośmiu w zależności od zmian) plus naklejka identyfikacyjna, stopniowany jest o wartość 1.

Dotyczy załącznik nr 3_ WZORY DRUKÓW:

Proszę o zwymiarowanie oraz podanie wymiarów pojedynczych etykiet z bloku

Odp. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w Załączniku nr 3 (Wzory druków) w skali 1:1. Przykładowy zestaw sześciu kodów kreskowych posiada wymiary zewnętrzne 70 mm x 77 mm. Pojedynczy kod kreskowy posiada wymiary 32 mm x 16 mm, etykieta na imię i nazwisko posiada wymiary 66 mm x 16 mm.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Z racji, że możemy etykiety wykonać na papierze oraz folii bardzo proszę doprecyzować wymagania lub opisać miejsce aplikacji oraz warunki pracy etykiety np. sterylizacja parowa +124 stop., certyfikat ISEGA na pojemniki z krwią, etykieta kriogeniczna do -196 stop., aplikacja na zmrożoną powierzchnię -40 stopni, aplikacja na próbki pacjentów z materiałem badanym w laboratorium itp.

Odp. Etykiety z kodami są przeznaczone do oznakowania probówek oraz skierowań papierowych. Skierowania są przepuszczane przez skaner. Zamawiający nie składa zapotrzebowania na etykiety z materiału przeznaczonego do pracy w ekstremalnych warunkach.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Jeśli bloczki są wymagane do systemu laboratoryjnego proszę podać jego nazwę.

Odp. INFINITY ROCHE.

Zatwierdził
Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak