



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



Toruń, dnia 23.06.2021 r.

DAN.231.1.22.2021

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz medycznych materiałów eksploatacyjnych do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. – DAN.231.1.22.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, pozycja 1c

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 10ml z rozszerzeniem do 11ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, pozycja 1d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20ml z rozszerzeniem do 22ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, pozycja 1d

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 70 op.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Zadanie 1, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z podziałką co 1ml?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185



**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści równoważne igły iniekcyjne rozmiar 0,90 x 40mm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści równoważne igły iniekcyjne ostrzone mechaniczne?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści równoważne szczoteczki cytologiczne, sterylne?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody EKG o rozmiarach 42x56mm, na piance, żel stały?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści równoważne elektrody EKG o rozmiarach 55x41mm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

**Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:
Zadanie 1, Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x17mm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu


Lidia Jaskulska-Grzechowiak