



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



DAN.231.1.29.2021

Toruń, dnia 30.07.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy odczynników do oznaczeń immunologicznych i wirusologicznych wraz z dzierżawą analizatora do Laboratorium Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. – DAN.231.1.29.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 2_ FORMULARZ OFERTY:

W związku z rozdziałem V zapytania, gdzie informują Państwo, że podczas oceny ofert pod uwagę będzie brana jakość – funkcjonalność/ parametry techniczne dzierżawionego analizatora, prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie internetowej formularza z parametrami analizatora.

Odp. Zamawiający określa minimalne parametry analizatora jako:

1. Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną.
2. Analizator z przeznaczeniem do pracy na stole laboratoryjnym.
3. Stała gotowość pracy analizatora do pracy przez 24 h/doba, bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.
4. Analizator niewymagający wykonywania czynności startowych takich jak: płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników jak substraty, płyny dekontaminujące i materiały zużywalne.
5. Brak wymogu płynów płuczających i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi analizatora.
6. Analizator musi posiadać minimum 12 miejsc pomiarowych.
7. Analizator bezigłowy, wykluczający możliwość kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami) oraz wykluczający zakażenie personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
8. Analizator wyposażony w krzywą kalibracyjną przechowywaną w pamięci aparatu, a rekaliibrację wykonywaną nie częściej niż co dwa tygodnie.
9. Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii.

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak

meb