



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID: 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895



DAN.231.1.34.2021

Toruń, dnia 15.09.2021 r.

*Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odczynników – pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.. – DAN.231.1.34.2021*

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy opisu wymagań:

Analizator podstawowy.

Czy w pozycji nr 15. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści paski o czułości dla glukozy 50 mg/dl?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy opisu wymagań:

Analizator podstawowy

Czy w pozycji nr 10 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od wymogu „Kalibracja wykonywana za pomocą pasków kalibracyjnych od producenta aparatu, nie częściej niż 1 x na 4 tygodnie” na rzecz kalibracji wykonywanej przy użyciu płynnych odczynników?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy opisu wymagań:

Analizator backup.

Czy w pozycji nr 13. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści paski o czułości dla glukozy 50 mg/dl?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy opisu wymagań:

Analizator backup.

Czy w pozycji nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od wymogu, aby analizator backup automatycznie rozpoznawał kolor moczu, a żeby można go wprowadzać przy użyciu czytnika kodów kreskowych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy Analizatora podstawowego:

Czy Zamawiający dopuści analizator nie wymagający dodatkowej kalibracji użytkownika za pomocą pasków kalibracyjnych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy Analizatora podstawowego:

Czy Zamawiający dopuści analizator ze specjalną funkcją oprogramowania do badań próbek CITO wkładanych za pośrednictwem statywów do badań rutynowych, co jest równoważne z zaproponowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem z wydzielonym specjalnym miejscem na próbki CITO poza podajnikiem i statywami do badań rutynowych?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

329



**MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA**  
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9000006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895



**Dotyczy załącznik nr 2\_ PARAMETRY ANALIZATORA:**

Dotyczy analizatora backupowego:

Czy Zamawiający dopuści analizator backupowy nie wymagający dodatkowej codziennej kalibracji oraz nie wymagający dodatkowej kalibracji przez użytkownika za pomocą pasków kalibracyjnych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zatwierdził

*Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej  
w Toruniu*

*Lidia Jaskulska-Grzechowiak*