



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895



DAN.231.1.37.2021

Toruń, dnia 11.10.2021 r.

*Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku dla Pracowni Endoskopowej do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAN.231.1.37.2021*

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z cewnikiem pokrytym polietylenem? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 5.** Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 6.** Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań o grubości 0,6 mm lub 0,8 mm oraz o długości ostrza 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego), osłonka o średnicy 2,4 mm, u wyjścia ostrza wzmocnione kołnierzem jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

W załączniku nr 1 (formularz cenowy) w poz. nr 91 prawdopodobnie wkradł się błąd w opisie wielkości op. (kolumna nr 5). Proszę o informację, czy należy wycenić 6 opakowań po 10 szt., czy też 6 sztuk rolki do faxu. Oryginalnie rolka pakowana jest po 6 szt. w kartoniku.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 7.** Czy Zamawiający dopuści klipsownicy z cewnikiem o średnicy 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 8.** Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych z drutem prowadzącym o średnicy 1,7 mm, ze średnicą włosa 6 mm po obu stronach, o długości roboczej 250 cm, na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

**Pozycja nr 9.** Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów, dwustronne, jedna główka w średnicy 5 mm, a z drugiej strony główka o średnicy 10 mm?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej  
w Toruniu

  
Lidia Jaskulska-Grzechowiak