



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



DAN.231.1.37.2021

Toruń, dnia 15.10.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku dla Pracowni Endoskopowej do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAN.231.1.37.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,8 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli plecionej, długość pętli 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, średnica ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o długości 230 cm, średnica włosa na każdym końcu 6 mm, długość włosa 20 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Pozycja nr 7. Czy Zamawiający dopuści klipsownice z cewnikiem o średnicy 2,6 mm, współpracującą z kanałem endoskopowym 2,8 mm? Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu


Lidia Jaskulska-Grzechowiak