



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895



DAN.231.1.38.2021

Toruń, dnia 20.10.2021 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczania przeciwciał metodą kolumnową wraz z dzierżawą niezbędną aparatury dla Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAN.231.1.38.2021

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Jakie parametry jakościowe, funkcjonalne i techniczne będą oceniane?

Odp. Zamawiający określa parametry jako:

1. Odczynniki oryginalne gotowe do użycia;
2. Karty składające się z 6 mikrokolumn;
3. Odczynniki do kontroli jakości zewnętrznej lub międzynarodowej od tego samego producenta, co oferowane karty, krwinki i sprzęt;
4. Urządzenia walidowane i serwisowane przez firmę Diahem na koszt Wykonawcy;
5. Inkubator do Mikrokart z możliwością inkubacji głowicy wirówki i trzema niezależnymi wbudowanymi oryginalnie pomiarami czasu inkubacji.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Czy najwyżej punktowany jest termin płatności 60 dni czy 45 dni?

Odp. Zamawiający określa płatność 60-dniową, jako najwyżej punktowaną.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Czy zaakceptują Państwo termin dostawy zgodnie z Harmonogramem po ustaleniu z laboratorium?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Jaki termin ważności będzie akceptowany?

Odp. Zamawiający określa ważność materiałów:

- karty minimum 9 miesięcy od dnia dostawy;
- krwinki minimum 4-5 tygodni od dnia dostawy.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Czy możemy prosić o wyznaczenie, ile punktów za parametry oceniane będzie przyznane? Kryterium oceny ofert jest niemierzalne w zapytaniu.

Odp. Zamawiający określił punktacje parametrów w systemie:

- Tak 10 pkt.;
- Nie 0 pkt.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ OFERTY:

Jaką ilość wirówek, pipet i inkubatorów należy zaoferować? Prosimy o określenie ilości.

Odp. Zamawiający określa ilość wirówek, pipet oraz inkubatorów, po jednej sztuce na rok obowiązywania umowy.

Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak