



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

DAG.231.1.29.2022

Toruń, dnia 26.08.2022 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi dla Laboratorium Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAG.231.1.29.2022

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż tylko analizator uzupełniający ma posiadać zintegrowany układ pneumatyczny, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2, podpunkt c)

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator podstawowy lub uzupełniający charakteryzował się możliwością wgrania dodatkowych licencji (opcjonalnego oprogramowania) umożliwiających raportowanie dodatkowych, specjalistycznych parametrów diagnostycznych, bez konieczności wymiany analizatorów?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, aby oferowane analizatory miały możliwość oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta? Parametry te dają możliwość wczesnej diagnostyki i monitorowania pacjentów z niedokrwistościami.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba analizatory mają charakteryzować się takimi samymi metodami pomiarowymi oraz posiadać te same liniowości pomiaru parametrów.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba oferowane analizatory muszą pracować na tych samych odczynnikach, materiałach kontrolnych i zużywalnych oraz pochodzić od jednego producenta?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, że oba oferowane analizatory powinny posiadać wewnętrzną pamięć wyników pacjentów min. 80 tys.?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, iż oba analizatory winny posiadać dodatkowo wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizatory oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania zapewnienia modułu serwisowego dla obu analizatorów do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania (kontrola zewnętrznlaboratoryjna on-line), serwisowania pracy analizatorów oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania zapewnienia udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie z analizatorów, zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności zatwierdzania wyników kontroli przez Użytkownika i dająca możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, aby oba oferowane analizatory posiadały dedykowany tryb oznaczania próbek z niskimi wartościami leukocytów. Dodatkowo, czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatorów miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych, co daje Użytkownikowi możliwość decyzji kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Czy Zamawiający wymaga, aby poziom zużycia odczynników w obu analizatorach był prezentowany w formie graficznej i ilościowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, nie wymaga.

Dotyczy załącznik nr 2_ specyfikacja techniczna analizatorów:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymagania, czy zgodnie z powszechną praktyką co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT były parametrami mierzonymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie wskaźniki (m.in. czerwonekrwinkowe, płytkowe)?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby co najmniej parametry ww. wymienione były mierzone, a nie wyliczane.

Zatwierdził

Dyrektor ds. Lecznictwa
Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Szymon Kudlicki
Szymon Kudlicki

Szymon Kudlicki

S. Jędrzejewski