



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID: 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895

DAG.231.1.16.2023

Toruń, dnia 20.04.2023 r.

**Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku dla Pracowni Endoskopowej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAG.231.1.16.2023**

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii średnica pętli 10 mm, plecionka, długość robocza 220-230 cm, rękojeść skalowana co 5 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści Klipsownica jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 16 mm, kąt rozwarcia 135°, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

Pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę jednorazowego użytku dwustronną z możliwością przeciągnięcia przez kanał roboczy o średnicy kateteru 1,7mm, długości 2300mm, dwie główki po jednej na każdym końcu o długości 20mm średnicy 5mm druga główka o długości 45mm średnicy 10mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy załącznik nr 1\_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:**

Pakiet nr 8

Czy zamawiający dopuści Szczotki krótkie do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów giętkich, jednorazowego użytku, dwustronna, jedna główka o średnicy 5 mm, z drugiej strony główka o śr. 11 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Zatwierdził  
Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej  
w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak