



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

DAG.231.1.16.2023

Toruń, dnia 21.04.2023 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawy sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku dla Pracowni Endoskopowej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAG.231.1.16.2023

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne średnica cewnika 2,3 mm, długość robocza 230 cm, w osłonce polietylenowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne średnica cewnika 3,0 mm, długość robocza 230 cm, w osłonce polietylenowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 4 mm lub 6 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem?

Odp. Zamawiający dopuszcza igłę do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 6 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem z osłonką teflonową odporną na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 16 mm, kąt rozwarcia 135°, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści szczotki krótkie do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów giętkich, jednorazowego użytku, dwustronna, jedna główka o średnicy 5 mm, z drugiej strony główka o śr. 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą igłę do ostrzykiwania o średnicy ostrza 0,6 mm pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Pozycji nr 7

Czy Zamawiający dopuści szczotkę długości 250 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Pozycji nr 8

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia gniazd zaworów o średnicy szczotek 5 / 10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie kleszczy o średnicy 2,8 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaferowanie szczotek dwustronnych o długości cewnika 2300, średnica włosa 6 mm, długość włosa 20 mm po każdej ze stron cewnika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
87 - 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900006185

Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412
NIP 956-19-50-790
KRS 0000004895

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści klipsownice o średnicy cewnika 2.6mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznik nr 1_ FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY:

Pakiet 1 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z trzema główkami – dwie główki na obu końcach cewnika, trzecia główka na środku, średnice 6/6/6 mm oraz 6/6/10 mm, długość robocza 230cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził
Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej
w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak

6285377
Adam Kopoń
specjalista gastroenterolog
i chirurg ogólny
tel. kom. 501 028 551