



MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA  
87 – 100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17



Dyrektor tel./ fax. (056) 611-99-88  
Dział Administracyjno-Gospodarczy (056) 611-99-90  
Dział Finansowo-Ekonomiczny (056) 611-99-84

REGON 870597412  
NIP 956-19-50-790  
KRS 0000004895

DAG.231.1.30.2023

Toruń, dnia 22.08.2023 r.

**Dotyczy zapytania ofertowego na zakup perymetru statycznego do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DAG.231.1.30.2023**

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od wykonawców wyjaśniam:

**Dotyczy załącznik nr 3\_ WZÓR UMOWY:**

**Dot. § 4 Pkt 7**

Czy Zamawiający może dodać zapis, że przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się przekazanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Gwaranta lub sms –em na numer telefonu podany do kontaktów serwisowych dokonane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

**Dotyczy załącznik nr 3\_ WZÓR UMOWY:**

**Dot. §4 ust. 11 pkt. 17)**

Czy Zamawiający może wyjaśnić co z kartą gwarancyjną, gdyż na każde sprzedane urządzenie jest wystawiana karta gwarancyjna – dokument udzielania gwarancji, która reguluje pozostałe warunki nie uregulowane umową?

**Odp. Zamawiający nie wyklucza dołączenia dodatkowego dokumentu gwarancyjnego, wystawionego przez Wykonawcę.**

**Dotyczy załącznik nr 3\_ WZÓR UMOWY:**

**Dot. §2 ust. 4 pkt. 1)**

Czy Zamawiający może odstąpić od złożenia wraz z ofertą i dostawą certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną, gdyż oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym „klasy I” i nie wymaga certyfikacji jednostki notyfikowanej?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapis niezmienny, przy braku wymagania certyfikatu zgodności wydawanego przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych, Zamawiający prosi o wyjaśnienia braku takiego dokumentu, złożone wraz z ofertą. W przypadku braku wymogu certyfikacji jednostki notyfikowanej obowiązuje §2 ust. 4 pkt. 2 umowy.**

**Dotyczy załącznik nr 3\_ WZÓR UMOWY:**

**Dot. §4 ust. 8**

Czy Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia wady do 5 dni roboczych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.**

**Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści:**

**Załącznik Nr 3 – Wzór umowy (po modyfikacji) - do postępowania DAG.231.1.30.2023**

**staje się integralną częścią postępowania i będzie wiążący przy składaniu i ocenie ofert.**

**Ponadto Zamawiający zamieszcza na stronie zmodyfikowany dokument.**

*Zatwierdził*

*Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej  
w Toruniu*

*Lidia Jaskulska - Grzechowiak*